



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОСА»
Провайдер проверок квалификации лабораторий
посредством межлабораторных сравнительных испытаний



Аттестаты аккредитации: № RA.RU.430162, № AAC.PTP.00220
Сертификат соответствия СМК № RA.RU.ФК63.К00050

СВИДЕТЕЛЬСТВО УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ

3 этап 2022 г.

Настоящим удостоверяется, что **отдел мониторинга и исследований химического состава атмосферы (ФГБУ «ГГО»)** принимал(а) участие в программе проверки квалификации лабораторий «РОСА 2022» и получил(а) удовлетворительные результаты по следующим показателям:

Шифр образца	Наименование показателя	Единица измерения	Результат анализа $\pm \Delta(U)^*$	Приписанное значение $\pm \Delta a(U_a)^{**}$
ОК-D3-22В	УЭП при 25 °С деминерализованной воды	мкСм/см	7,70 \pm 1,54	7,64 \pm 0,10

* Погрешность / расширенная неопределенность результата анализа, указанная участником программы;

** Погрешность / расширенная неопределенность приписанного значения характеристики.

Последние буквы в шифре образца обозначают объект анализа:

А – воздух; В – вода; О – осадок сточных вод; П – почва; Р – реагент водоподготовки.

Сводный отчет по результатам проверки квалификации № 5-22 опубликован на сайте www.rossalab.ru

Генеральный директор

А.В. Чамаев

Начальник отдела
контроля качества

Л.Д. Деева



Регистрационный № 2668/1 /3-МСИ-2022 - 1
г. Москва